IMPLANT DETECTOR

CONTACTO
+(+39) 320 05 66 165
export@newancorvis.eu

- **¿De qué se trata?**

Implant Detector es un servicio que, mediante unos sencillos pasos, ofrece una solución rápida cuando el clínico no consigue identificar el implante en la boca del paciente.

- **Plazos**

6 días laborables

- **¿Qué enviar a New Ancorvis?**
  - Pilar (Abutment)
  - Análogo
  - Tornillo protésico

Información de envíos

Para los clientes de la UE, es posible solicitar la recogida mediante mensajería DHL enviando un mensaje a nuestro número de WhatsApp de Soporte +39 320 056 6165. El coste del servicio varía según el país.
El servicio de recogida no está disponible actualmente para países fuera de la UE.
Para obtener información sobre el método de envío correcto y el código aduanero que debe utilizarse, póngase en contacto con nosotros en el número de WhatsApp de Soporte indicado: +39 320 056 6165.

Es indispensable que los componentes enviados estén íntegros, descontaminados, embalados individualmente y esterilizados en autoclave. En caso contrario, serán rechazados en la aceptación.
Además, en ausencia de una impresión, recomendamos embalar los componentes individualmente para evitar posibles daños durante el transporte.
En caso de que no sea posible enviar los componentes mencionados, será necesario realizar una impresión de la parte interna del implante que se desea identificar, siguiendo el protocolo indicado por New Ancorvis.

- **PROTOCOLO**

1. Retirar la prótesis del paciente;
2. Limpiar bien el interior del implante con alcohol/etanol o ácido ortofosfórico al 37% para mejorar la calidad de la impresión;
3. Proceder con la toma de impresión;
4. Concentración al 37% utilizando el producto según las instrucciones del fabricante;

Silicona recomendada

- Utilizar una silicona por adición (VPS);
- Consistencia: Regular/Media;
- No se recomienda viscosidad ultraligera;

Técnica de impresión

Inyectar la silicona en el implante utilizando materiales adecuados, empleando la técnica de retroinyección para captar detalles más profundos.
Se recomienda mantener siempre la punta del material sumergida para evitar la formación de burbujas.





Resultado

Después de esperar los tiempos de polimerización indicados por el fabricante del material, se puede proceder a la retirada de la impresión, teniendo cuidado de no provocar distorsiones o desgarros.

Para garantizar una mayor precisión, solicitamos adjuntar al envío:

- Radiografía ENDORAL clara;
- Fotografía oclusal del implante con el orificio del pilar visible (para poder ver la cabeza del implante);
- Cualquier otra información útil para la identificación del implante;

MD_149/1 REV. 05 – 02/07/2026