IMPLANT DETECTOR

CONTACT&INFO
+(+39) 340 505 5491
ufficiotecnico@newancorvis.eu

- **Di cosa si tratta?**

Implant Detector è un servizio che, attraverso pochi e semplici passaggi, offre una soluzione protesica quando il clinico è impossibilitato a riconoscere l'impianto in bocca al paziente.

- **Tempistiche:**

6 giorni lavorativi

- **Cosa inviare a New Ancorvis?**
  - Abutment
  - Analogo
  - Vite protesica

Informazioni Spedizioni

I componenti possono essere spediti direttamente in New Ancorvis, utilizzando il nostro servizio di "**Prenota Ritiro**" sulla homepage ufficiale del nostro sito:
https://www.newancorvis.eu/it/cad-cam-fresatura-comparto-dentale/prenota-il-ritiro.html.

È indispensabile che i componenti inviati siano integri, decontaminati, imbustati singolarmente e sterilizzati in autoclave.
In caso contrario, verranno restituiti al mittente.

INOLTRE, NEL CASO DI INVIO DI PIÙ IMPRONTE, CONSIGLIAMO DI IMBUSTARLE SINGOLARMENTE, COSÌ DA EVITARE EVENTUALI DANNEGGIAMENTI DURANTE IL TRASPORTO.

Qualora non ci fosse la possibilità di inviare i componenti sopracitati, occorrerà necessariamente intervenire con la **presa d'impronta** della parte interna dell'impianto da riconoscere, seguendo il protocollo redatto da New Ancorvis.

- **PROTOCOLLO**

1- Togliere la protesi al paziente;
2-Sgrassare bene l'interno dell'impianto con alcool/etanolo o con acido ortofosforico* in modo da aumentare la qualità del calco preso;
3- Procedere con la presa dell'impronta;
**Concentrazione 35/37% utilizzando il prodotto come da istruzioni del fabbricante;*

Silicone consigliato

-Impronta in silicone per addizione (VPS);
-Consistenza: Regular/Medium;
-Sconsigliata viscosità Ultralight;

Tecnica d'impronta

Iniettare il silicone nell'impianto tramite puntali intraorali dedicati,utilizzando la tecnica del retroriempimento per rilevare dettagli più in profondità.
Si consiglia di mantenere sempre immerso il puntale nel materiale per evitare bolle.





Risultato

Dopo aver atteso i corretti tempi di polimerizzazione indicati dal produttore del materiale scelto, si può procedere alla rimozione delicata dell'impronta facendo attenzione a non procurare distorsioni o lacerazioni.

Per poter garantire una maggior precisione richiediamo di allegare al ticket:

- Radiografia ENDORALE chiara;
- Foto occlusale dell'impianto nel cavo orale del paziente senza la protesi, in modo da poter vedere "la testa implantare";
- Qualsiasi altra informazione utile per il riconoscimento dell'impianto;

MD_149/1 REV. 04 – 22/04/2026