IMPLANT DETECTOR

CONTATTI E INFO

+(39) 324 789 9188
Solo Whatsapp

ufficiotecnico@newancorvis.eu

6 giorni lavorativi

Di cosa si tratta?

Implant Detector è un servizio che, attraverso pochi e semplici passaggi, offre una soluzione protesica quando il clinico è impossibilitato a riconoscere l'impianto in bocca al paziente.

Questo servizio è a pagamento, consulta il listino prezzi.

Cosa inviare a New Ancorvis?

- Abutment
- Analogo
- Vite protesica

I componenti possono essere spediti direttamente in New Ancorvis, utilizzando il nostro servizio di "**Prenota Ritiro**" sulla homepage ufficiale del nostro sito:
https://www.newancorvis.eu/it/cad-cam-fresatura-comparto-dentale/prenota-il-ritiro.html.

N.B è indispensabile che i componenti siano in buono stato, decontaminati, imbustati e sterilizzati in autoclave. In caso contrario verranno resi al mittente.

Qualora non ci fosse la possibilità di inviare i componenti sopracitati, occorrerà necessariamente intervenire con la **presa d'impronta** della parte interna dell'impianto da riconoscere, seguendo il protocollo redatto da New Ancorvis.

PROTOCOLLO

1- Togliere la protesi al paziente;

2-Sgrassare bene l'interno dell'impianto con alcool/etanolo o con acido ortofosforico* in modo da aumentare la qualità del calco preso;

3- Procedere con la presa dell'impronta;

**Concentrazione 35/37% utilizzando il prodotto come da istruzioni del fabbricante;*

Silicone consigliato

-Impronta in silicone per addizione (VPS);
-Consistenza: Regular/Medium;
-Sconsigliata viscosità Ultralight;

Tecnica d'impronta

Iniettare il silicone nell'impianto tramite puntali intraorali dedicati,utilizzando la tecnica del retroriempimento per rilevare dettagli più in profondità.
Si consiglia di mantenere sempre immerso il puntale nel materiale per evitare bolle.





Risultato

Dopo aver atteso i corretti tempi di polimerizzazione indicati dal produttore del materiale scelto, si può procedere alla rimozione delicata dell'impronta facendo attenzione a non procurare distorsioni o lacerazioni.



Per poter garantire una maggior precisione richiediamo di inviare, tramite mail, all'indirizzo: **ufficiotecnico@newancorvis.eu;**

- Radiografia ENDORALE chiara;
- Foto occlusale dell'impianto nel cavo orale del paziente senza la protesi, in modo da poter vedere "la testa implantare";
- Qualsiasi altra informazione utile per il riconoscimento dell'impianto;

REV. 00 18/12/2023